



महाराष्ट्र शासन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, जि. रायगड.

जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसर, बीच रोड, लिमये वाडी, अलिबाग, जि. रायगड - ४०२ २०१

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, ALIBAG - RAIGAD

DISTRICT CIVIL HOSPITAL AREA, ALIBAG BEACH ROAD, LIMYEWADI, ALIBAG DIST. RAIGAD - 402 201

Email- deangmcalibag@gmail.com

Phone No. 02141-299214

www.gmcalibag.in/gmch

जा. क्र. शावेमअ/Clinical examination and procedure model Manikin / दरपत्रक मागणी/ ४४६ / २०२५ दिनांक. १२. ०२. २०२५

दरपत्रक मागणी पत्र.

प्रति,

विषय :- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग-रायगड या संस्थेच्या विविध विभागांकरीता आवश्यक (Manikin) साधनसामुग्रीसाठी दरपत्रके मोहोरबंद लिफाफे सादर करणेबाबत,

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग-रायगड या संस्थेतील प्रसुती व स्त्रीरोगशास्त्र, बधिरीकरणशास्त्र, शल्यचिकित्साशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र, सामान्य औषधशास्त्र या विभागांकरीता (Manikin) या साधनसामुग्रीची आवश्यकता आहे, त्याअनुषंगाने त्यासंबंधीतबाबी ची खरेदी ही खालील नमुन्यात मोहोरबंद लिफाफा विहित मुदतीत या कार्यालयाच्या आवक शाखेत खालील अटी व शर्ती नुसार सादर करावेत.

| Sr. No. | Particulars | Specifications | Quantity | Price Per item Including Taxes |
|---|---------------------------------|---|----------|--------------------------------|
| Clinical examination and procedure model | | | | |
| 1. | Breast examination model | Left and right breasts should be attached to the adult upper torso. The left breast should permit the ultrasound identification of cysts versus dense masses. The right breast should permit identification of cysts of different sizes and depths. Left breast should contain four masses in the breast tissue and two masses in the axilla region. The masses should range in size from fourteen to nineteen mm, and their depths range should be from six to sixteen mm beneath the surface Right Breast contains two masses designed to simulate an enlarged axillary lymph node and two fluid-filled cysts (nineteen and twenty four mm) Both breasts can be used to teach palpation (spiral or up and down method) Lifelike softness should be there to feel like real human breast. It should have realistic texture and must be durable for long range of time. Breasts attached to upper torso and should be easily removed and reassembled without any tool Simulator can be used in either the upright or reclining position Breast Examination Learning Package CD should be there, which should provide instructors with additional information | 03 | Including all taxes |

| | | | |
|----|--|---|----|
| | | and performance based learning materials. It should be medium skin tone. | |
| 2. | Lumbar puncture procedure model | <p>It should have replaceable spinal cord insert with skin layer, subcutaneous layer, connective tissue, and lumbar vertebrae Anatomic features should include: iliac crests, lumbar vertebrae L2 – L5, ligamentum flavum, epidural space, and dura Needle insertion should be possible between vertebrae It should have Lifelike needle resistance, including pops when needle traverses ligamentum flavum and dura It should be microprocessor-controlled simulator which contains a built-in compressor that pressurizes the fluid system, maintaining the pressure at the designated set point. A pressure sensor should monitor the simulated cerebrospinal fluid pressure. Self-healing skin should allows 15 uses with an 18-gauge needle and 25 uses with a 22-gauge needle before replacement is necessary It should be simple to fill simulated CSF and set fluid pressure, thereby allowing students to collect CSF and measure CSF opening pressure It should have pressure system with simple push-button operation to increase or decrease pressure LED should display pressure set-point ranging from low, medium, to high pressure It should be possible to practice procedure in the left lateral decubitus or sitting position Trainer should be able to used to simulate aseptic technique and local anesthetic at puncture site It should be Latex-free</p> | 01 |

अटी व शर्ती.

१. दरपत्रक मोहरबंद लिफाफा , दि.२०/०२/२०२५ रोजी साय.०५:०० वाजेपर्यंत कार्यालयास पोहचतील या बेताने पाठवावे. जाहीर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही/ग्राह्य धरले जाणार नाही.
२. दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफा अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग. जि.रायगड ४०२२०१ (जिल्हा रुग्णालय आवार) यांचे नावे विहित मुदतीत कार्यालयास सादर करावा. त्याचप्रमाणे दरपत्रक मोहरबंद लिफाफ्यावर दरपत्रक मागणी क्रमांक, तारीख, व Clinical examination and procedure model Manikin असे लिहून सादर करावे.
३. लिफाफ्यावर पुरवठाधारकाचे पुर्ण नाव, भ्रमणध्वनी क्र. आणि संपूर्ण पत्ता, संकेतांक क्र. (Email address) लिफाफा जमा करण्याचा अंतिम दिनांक(२०/०२/२०२५), दरपत्रक धारकाच्या नावाचा शिक्का इ. नमुद असणे आवश्यक आहे.
४. दर पत्रकात नमुद केलेले दर सन २०२४-२५ वित्तीय वर्षासाठी ग्राह्य धरले जातील.
५. प्रस्तावित उदिदष्टांकरिता दरपत्रक आकारण्यात आलेले दर हे बाजारभावापेक्षा आणि संशोधन संचालनालय महाराष्ट्र संकेतस्थळावर दिलेले दरापेक्षा (<https://medd-eproc.in/IMCS/hisso/>) अधिक नसावेत.
६. सर्वात कमीतकमी दराचे दरपत्रकाचा पुरवठा आदेशाकरिता विचार करण्यात येईल.
७. सदर उदिदष्टांची किंमत, सर्व करांसहीत (including all taxes) एकुण किंमत अशी दर्शविण्यात यावी.
८. दरपत्रकात खाडाखोड करण्यात येवू नये. दरपत्रक हे पुर्णपणे छापील असावे. हस्तलिखित दरपत्रके ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
९. दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफ्यात सादर करावयाचे दस्तावेज (Documents Required)
१) अधिकृत लेटरहेडवर दरपत्रक (दिलेल्या विनिर्दिष्टेनुसार (Specification) २).जी.एस.टी.क्रमांक पत्र.

- ३) Prebid demonstration report (A.सोबत जोडलेल्या नमुन्यानुसार) सदर दस्तऐवज सादर केले नाही व अपुर्ण (विना स्वाक्षरी) असल्यास, तसेच सदरील पुरवठाधारकाचे दर न्यूनतम असले तरीही दरपत्रक ग्राह्य धरले जाणार नाही.
१०. पुरवठा करण्यात येणाऱ्या सर्व Clinical examination and procedure model Manikin ला OEM Authorization Certificate बंधनकारक राहिल.
११. Prebid demonstration करीता पुरवठादाराने स्वखर्चाने या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत व विहित मुदतीत सादर करावे.
१२. Prebid demonstration करीता आणलेल्या व दाखविलेल्या Clinical examination and procedure model Manikin यांचाच पुरवठा, पुरवठा आदेश मिळाल्यानंतर करणे बंधनकारक असेल. नमुने व पुरवठा यामध्ये तफावत आढळल्यास पुरवठा स्विकारले जाणार नाही व संबंधित पुरवठा दारास दोन वर्षा करिता वर्ज्य सुचित केले जाईल.
१३. ज्या पात्र दरपत्रक धारकाचे दर हे न्यूनतम असतील व दस्ताऐवज पुर्ण असतील अशा पुरवठादारास पुरवठा आदेश मिळाल्यानंतर दरपत्रकास आवश्यकते नुसार Clinical examination and procedure model Manikin चा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात येतील.
१४. पुरवठा आदेश मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत पुरवठा न केल्यास पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येईल, व द्वितीय न्यूनतम पात्र पुरवठाधारकाला प्रथम न्यूनतम दराने पुरवठा आदेश देण्यात येतील. पुरवठादाराने पुरवठा करण्यासाठी वाहतुक खर्च स्वतः करण्यात यावा.
१५. पुरवठा करण्यात येणारे Clinical examination and procedure model Manikin ची वॉरंटी ही पुरवठा आदेश दिनांकापासून तीन वर्षापेक्षा अधिक असावेत व त्यांचा दर्जा उत्तम असावा.
१६. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे अथवा प्राप्त झालेली दरपत्रके कोणतेही कारण न देता स्वीकारणे/नाकारणे तसेच कोणतेही स्तरावर खरेदी प्रक्रिया रद्द करणे हे अधिकार संस्थाप्रमुख (अधिष्ठाता) यांनी राखून ठेवले आहेत.
१७. पुरवठा पुर्ण झाल्यानंतर तीन प्रतीत देयकेही अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग जि. रायगड यांचे नावाने देण्यात यावेत.
१८. देयकाची अदायगी ही शासनाकडून अनुदान प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येईल. देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुल्क अदा केले जाणार नाही.



अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
अलिबाग-रायगड.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,

प्रत - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग-रायगड यांच्या सुचनांकालावर दरपत्रक मागविण्या संदर्भात दिनांक : १२/ ०२ / २०२५ सुचना देण्यात आल्या आहेत.

Government Medical College Alibag
Pre-Bid Demonstration Report (Format)

| Sr. No | Product | Deviation from specification Yes/ No | Name of the manufacturing company of the Manikin which supplier assures to provide for demonstration and for final supply. (to be filled by supplier) | Demonstration is Satisfactory Yes/ No (This column to be filled by OBGY, General Medicine, Surgery, Anesthesia And Pediatrics Department) |
|--------|---------------------------------|---|---|---|
| 1 | Breast examination model | | | |
| 2 | Lumbar puncture procedure model | | | |

Undertaking of the Supplier: I hereby confirm to supply above mentioned Manikin in good condition and as per given specification and mentioned manufacturer with expiry date more than 36months from the date of supply.

Name of the Supplier:

Sign with Stamp:

----- For office use only -----

Demonstration of above mentioned Manikin was conducted GMC Alibag.

HOD Sign with Stamp